

මගේ අංකය / My No: RU/AG/Q/E/2020/110

06.07.2021

To : .....  
.....  
.....  
.....

මිල ගණන් කැඳවීම  
QUOTATION

1. මෙහි අනෙක් පැත්තේ සඳහන් කර ඇති ද්‍රව්‍ය / සේවාව දැනට පවත්නා අඩුම මිල ගණන් පිටපත් දෙකකින් යුතුව දක්වනු මැනවි.  
Please quote your present lowest price in duplicate for the articles / services enumerated overleaf.
2. මෙම මිල ගණන් පියවීම කළ දිනයේ සිට **මාස හයක්** ඉදිවියට බල පැවැත්විය යුතුය.  
The quotation will be binding for **six months** from the date of closing.
3. ඔබ මිල ගණන් ඉදිවිටත් කරන ද්‍රව්‍යන්හි සාම්පලේද එවිය යුතු යැයි නියම කර ඇති විට ඒ සමඟ ඒවාද එවිය යුතුය.  
Samples of your offers when required, should be forwarded along with your quotation.
4. මිල ගණන් සමඟ එවන ලද සාම්පලේ යමක් වෙනොත් මිල ගණන් කැඳවීම් පියවූ දින සිට දින 10ක් ඇතුළත එම සාම්පලේ මෙම කාර්යාලයෙන් ඉවත් කර ගෙන යායුතුය.  
Sample (if any) submitted with the quotation should be removed from this office within 10 days from closing date of the quotation.
5. මෙහි සඳහන් උපදෙස් නිසි ලෙස නොපිලිපැද්දහොත් ඔබගේ මිල ගණන් ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට ඉඩ තිබේ.  
Non - Compliance of instructions stated herein will result in your offers being rejected.
6. මිල ගණන් ඉදිවිටත් කිරීමට නොහැකි වුවද මෙම ආකෘති පත්‍රය ආපසු එවිය යුතුය.  
This from should be duly returned even if you are unable to quote.
7. ඔබ "එකතු කළ අගය" මත බදු කාර්යාලීය පිණිස ලියාපදිංචි වී ඇතිනම් ඔබගේ එකතු කළ අගය මත බද්ද සඳහා ලියාපදිංචි වූ අංකය මිල ගණන් කැඳවීම් පතේ සඳහන් කළ යුතුය. එලෙස එකතු කළ අගය මත බද්ද සඳහා ලියාපදිංචි වී නොමැති නම් ඔබගේ මිල ගණන් බදු රහිතව සඳහන් කළ යුතුය. ඒ සමඟ "වැට්" සඳහා ලියාපදිංචි වී නොමැති බවට දේශීය ආදායම් කොමසාරිස් ජෙනරාල්ගෙන් සහතිකයක් ලබා ගෙන එහි ජායා පිටපතක් මිල ගණන් කැඳවුම් පත්‍රයට අමුණා එවිය යුතුය. එසේ නොවන මිල ගණන් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ.  
If you are registered for the purpose of VAT, the VAT registration number should be indicated on the quotation. If you are not registered for VAT, the price should be indicate only in NET value. If so you are kindly requested to attach a copy of the certificate issued by the commissioner of Inland Revenue, certifying that you have not been registered for VAT. If not your quotation will be rejected
8. මිල ගණන් බහා එවන කවරයේ උඩ වම් කෙළවර "**Water Distillation Unit**" "**RU/AG/Q/E/2021/110**" සඳහා මිල ගණන් යනුවෙන් සඳහන් කර සිල් තබා ලේඛනගත තැපෑලෙන් "**ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර මූල්‍යාධිකාරී, කෘෂි විද්‍යා පීඨය, මාපලාන, කඹුරුපිටිය**" වෙත **2021.07.20** දින ප . ව . 2.00 ට පෙර එවිය යුතුය.  
Quotation should be marked "**Water Distillation Unit**" "**RU/AG/Q/E/2021/110**" left hand top corner of the envelope and should be sent under sealed registered cover to "**Senior Assistant Bursar, Faculty of Agriculture, Mapalana, Kamburupitiya**" not later than **2.00 p.m. 20.07.2021**
9. භාණ්ඩ ඇණවුම් කිරීමේදී අත්තිකාරම් මුදල් ගෙවනු නොලැබේ. ඇණවුම් කරන ලද භාණ්ඩ අප ශාඛාවට ගෙනවුත් භාරදීමෙන් පසුව පමණක් ගෙවීම් කරනු ලැබේ.  
Advance payments will not be made when placing order; payment will be made only after the goods are received at our stores.

වෙන්කර ඇති සෑම කොටසක්ම සුදුසු ලෙස පිරවිය යුතුය. /Note to tenderer  
මෙම ආකෘති පත්‍රයේ ඇති සෑම තීරයක්ම තිත්තෙන් පිරවිය යුතුය. ලියූ යමක් වෙනස් කරන්නේ නම්, ඒවාට කෙටි අත්සන් යෙදිය යුතුය.  
All columns on this form must be filled in ink. Any alterations should be initialed by the tenderer.

  
.....  
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර මූල්‍යාධිකාරී 06.07.2021  
Senior Assistant Bursar

.....  
Senior Assistant Bursar

අනු අංකය Item No.	අංශය දෙවන පිළිබඳ විස්තරය Description of materials	අංශය ප්‍රමාණය Quantity	ඒකක මිල Price per unit in figures & words			වෙළඳ නාමය / Trade Mark /Model	හාට් දීම සම්පූර්ණ කළ හැකි දිනය Date by which delivery can be completed	නියමිත ද්‍රව්‍ය වෙනුවට ඉදිරිපත් කළ හැකි ද්‍රව්‍ය Substitutes	වෙනත් Remarks
			ඒකක මිල NET	වැට් VAT	මුළු මුදල TOTAL				
1	Water Distillation Unit As per annexed specification Annex 01	01 No.							

.....  
 වෙළඳ සමාගමේ නම / Name of Firm .....  
 .....  
 අත්සන / Signature .....  
 .....  
 දිනය / Date .....

VAT Percentage: .....

VAT No: .....

Contact Telephone No: .....

E- mail Address, If any: .....

Your response for each specification in the table is necessary. Please be noted that without completed specification table, your bid will not be considered for evaluation.

**Annex 01**

**Item: Water Distillation Unit**

**Quantity : 01 No.**

Specification	Conformity		If No, Bidders response
	Yes	No	
<b>Make</b>			
<b>Model</b>			
<b>Country of Origin/Manufacture</b>			
It should be a distiller which provide continuous output for general laboratory use such as glass ware washing, reagent preparation etc...			
Out put water should be with high purity, free of metal ions and pyrogens.			
Should have safety features required for safe operation.			
All water contacting materials including boiling chamber, condenser etc... should be made of good quality 3.3 borosilicate glass			
Boiling chamber and condenser should be mounted on a metal casing			
It should have a indicator light to show that water still is under operation			
The heater should be quartz sheathe lengthens for a better life time			
It should be with small size for easy handling and cleaning			
Distillation capacity should be at least 4 L/H			
Water consumption should be 1-1.5 L/MIN			
Conductivity at 20°C should be 1-2µS/cm			
Heater power should not be higher than 3100W			
Electricity supply – 230V-50/60Hz			
<b><u>Documentation</u></b>			
Manufacture product catalogs with requested informations should be supplied.			
Manufacture authorization for the bidder to represent the given brand.			
User reference list should be attached			
Bidder should have good aftersales facility with trained technicians and parts available locally to carry out any service / repair immediately.			
<b>Warranty : One Year</b>			