

මගේ අංකය / My No: RU/AG/Q/E/2021/204


29.11.2021

To :
.....
.....
.....
.....

මිල ගණන් කැඳවීම
QUOTATION

- මෙහි අනෙක් පැත්තේ සඳහන් කර ඇති ද්‍රව්‍ය / සේවාව දැනට පවත්නා අඩුම මිල ගණන් පිටපත් දෙකකින් යුතුව දක්වනු මැනවි.
Please quote your present lowest price in duplicate for the articles / services enumerated overleaf.
- මෙම මිල ගණන් පියවීම කළ දිනයේ සිට මාස හයක් ඉදිරියට බල පැවැත්විය යුතුය.
The quotation will be binding for six months from the date of closing.
- ඔබ මිල ගණන් ඉදිරිපත් කරන ද්‍රව්‍යන්හි සාම්පලේද එවිය යුතු යැයි නියම කර ඇති විට ඒ සමඟ ඒවාද එවිය යුතුය.
Samples of your offers when required, should be forwarded along with your quotation.
- මිල ගණන් සමඟ එවන ලද සාම්පලේ යමක් වෙනස් වීම මිල ගණන් කැඳවීම් පියවූ දින සිට දින 10ක් ඇතුළත එම සාම්පලේ මෙම කාර්යාලයෙන් ඉවත් කර ගෙන යායුතුය.
Sample (if any) submitted with the quotation should be removed from this office within 10 days from closing date of the quotation.
- මෙහි සඳහන් උපදෙස් නිසි ලෙස නොපිලිපැද්දහොත් ඔබගේ මිල ගණන් ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට ඉඩ තිබේ.
Non - Compliance of instructions stated herein will result in your offers being rejected.
- මිල ගණන් ඉදිරිපත් කිරීමට නොහැකි වුවද මෙම ආකෘති පත්‍රය ආපසු එවිය යුතුය.
This form should be duly returned even if you are unable to quote.
- ඔබ "එකතු කළ අගය" මත බදු කාර්යාලයට පිණිස ලියාපදිංචි වී ඇතිනම් ඔබගේ එකතු කළ අගය මත බද්ද සඳහා ලියාපදිංචි වූ අංකය මිල ගණන් කැඳවීම් පත්‍රේ සඳහන් කළ යුතුය. එලෙස එකතු කළ අගය මත බද්ද සඳහා ලියාපදිංචි වී නොමැති නම් ඔබගේ මිල ගණන් බදු රහිතව සඳහන් කළ යුතුය. ඒ සමඟ "වැටී" සඳහා ලියාපදිංචි වී නොමැති බවට දේශීය ආදායම් කොමසාරිස් ජෙනරාල්ගෙන් සහතිකයක් ලබා ගෙන එහි ජායා පිටපතක් මිල ගණන් කැඳවූම් පත්‍රයට අමුණා එවිය යුතුය. එසේ නොවන මිල ගණන් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ.
If you are registered for the purpose of VAT, the VAT registration number should be indicated on the quotation. If you are not registered for VAT, the price should be indicate only in NET value. If so you are kindly requested to attach a copy of the certificate issued by the commissioner of Inland Revenue, certifying that you have not been registered for VAT. If not your quotation will be rejected
- මිල ගණන් බහා එවන කවරයේ උඩ වම් කෙළවර "PH Meter" "RU/AG/Q/E/2021/204" සඳහා මිල ගණන් යනුවෙන් සඳහන් කර සිල් තබා ලේඛනගත තැපෑලෙන් "ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර මූල්‍යාධිකාරී, කෘෂි විද්‍යා පීඨය, මාපලාන, කඹුරුපිටිය" වෙත දින 2021.12.13 ප.ව. 2.00 ට පෙර එවිය යුතුය.
Quotation should be marked "PH Meter" "RU/AG/Q/E/2021/204" left hand top corner of the envelope and should be sent under sealed registered cover to "Senior Assistant Bursar, Faculty of Agriculture, Mapalana, Kamburupitiya" not later than 2.00 p.m. 13.12.2021
- භාණ්ඩ ඇණවුම් කිරීමේදී අත්තිකාරම් මුදල් ගෙවනු නොලැබේ. ඇණවුම් කරන ලද භාණ්ඩ අප ශාඛාවට ගෙනවුත් භාරදීමෙන් පසුව පමණක් ගෙවීම් කරනු ලැබේ.
Advance payments will not be made when placing order; payment will be made only after the goods are received at our stores.

ටෙන්ඩර්කරු විසින් සැලකිය යුතුයි. /Note to tenderer
මෙම ආකෘති පත්‍රයේ ඇති සෑම තිරයකම තිත්තෙන් පිරවිය යුතුයි. ලියූ යමක් වෙනස් කරන්නේ නම්, ඒවාට කෙටි අත්සන් යෙදිය යුතුයි.
All columns on this form must be filled in ink. Any alterations should be initialed by the tenderer.


.....
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර මූල්‍යාධිකාරී 29, 11, 2021
Senior Assistant Bursar

අනු අංකය Item No.	අමාත්‍ය ද්‍රව්‍ය විස්තරය Description of materials	අපතය ප්‍රමාණය Quantity	ඒකක මිල Price per unit in figures & words			වෙළඳ නාමය / මාදලිය Trade Mark /Model	ගාස්තුව සම්පූර්ණ කළහැකි දිනය Date by which delivery can be completed	නියමිත ද්‍රව්‍ය වෙනුවට ඉදිරිපත් කළ හැකි ද්‍රව්‍ය Substitutes	මෙතෙක් Remarks
			එකක මිල NET	වැද VAT	මුළු මුදල TOTAL				
1	PH Meter	01 No.							

* As per annexed specification.

.....
වෙළඳ සමාගමේ නම / Name of Firm
.....
අත්සන / Signature
.....
දිනය / Date

VAT Percentage:

Contact Telephone No:

VAT No:

E- mail Address, If any:

Annex 01

Item: PH Meter

Quantity: 01 No.

*Please note that all the categories under the Bidders Compliance **should be filled**. Instead of just referring the user manual/specification bulletin only will cause the bids to be rejected.*

Specifications		Requirements	Bidders compliance	
			Yes/No	If "No" indicate your offer
Country	Country of Origin/ Manufacture			
Brand	Please specify			
Model	Please specify			
pH	Range	-2.00 to 16.00 pH		
	Resolution	0.01 pH		
	Accuracy (@25°C/77°F)	±0.01 pH		
	Calibration	Automatic, one or two-point with five memorized buffer values (PH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01)		
mV	Range	±399.9 mV; ±2000 mV		
	Resolution	0.1mV; 1mV		
	Accuracy	±0.2 mV (±399.9 mV); ±1 mV (±2000 mV)		
Temperature Specification	Range	-9.9 to 120.0 °C (14.2 to 248.0°F)		
	Resolution	0.1 °C		
	Accuracy	±0.5 °C; (0.0 – 100.0°C); ±1 °C (outside)		
Additional Specification	Electrode / Probe	Glass body PH electrode with BNC connector		
	Temperature Probe	Stainless steel temperature probe		
	Environment	0 to 50°C (32 to 122°F; 273 to 323 K), RH max 95% non-condensing		
	Input Impedance	10 ¹² Ohms		
	Power Supply	12 VDC adapter (included)		
	Dimensions	240 x 182 x 74mm (9.4 x 7.1 x 2.9'')		
	Warranty	01 Year		
	Delivery Cost (Rs.)			